

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Samostalna služba laboratorija - Odjel za mjerenje polutanata

Kontakt informacije laboratorije	Kontakt osoba
Prvomajska 11 71000, Sarajevo	Jasmina Kujan dipl.ing.maš. Rukovodilac samostalne službe
Tel: 033/650-406	Tel: 033/ 450 047
Fax: 033/641-158	Fax: 033/ 612 342
Email: jasmina.kujan@toplanesarajevo.ba	Email: jasmina.kujan@toplanesarajevo.ba

2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17025:2018


3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	LI 24 - Ispitivanja zraka LI 24.1 - Emisije iz stacionarnih izvora	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		LI 24 - Ispitivanja zraka		
Podpodručje rada:		LI 24.1 - Emisije iz stacionarnih izvora		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M001	Emisije iz stacionarnih izvora	Masena koncentracija azotnih oksida NO _x	(0 do 1200) mg/m ³	BAS EN 14792:2018*
M002		Masena koncentracija sumpor dioksida SO ₂	(0 do 5700) mg/m ³	BAS ISO 7935:2000 *
M003		Masena koncentracija ugljen monoksida CO	(0 do 740) mg/m ³	BAS EN 15058:2018*
M004		Volumni udio ugljen dioksida CO ₂	(0 do 18) % (v/v)	BAS ISO 12039:2002 *
M005		Volumni udio kisika O ₂	(5 do 21) % (v/v)	BAS EN 14789:2018*
M006		Mjerne dionice i mjesta i zahtjevi za cilj mjerenja, plan i izvještaj		

* Ispitivanja koja se obavljaju na terenu



[Signature]
Potpis ovlaštenog lica